



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 декабря 2020 года № РЗН 2020/12933

На медицинское изделие

**Набор реагентов для определения активированного парциального
тромбопластинового времени для линейки коагулометров "Technology Solution"
(TS-АПТВ) по ТУ 21.20.23-082-42349142-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью фирма "Технология-Стандарт"
(ООО фирма "Технология-Стандарт"), Россия,
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/95**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью фирма "Технология-Стандарт"
(ООО фирма "Технология-Стандарт"), Россия,
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/95**

Место производства медицинского изделия

**ООО фирма "Технология-Стандарт", Россия, 656037, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/95**

Номер регистрационного досье № РД-33809/32662 от 16.06.2020


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 декабря 2020 года № 11864
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0053680

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 декабря 2020 года № РЗН 2020/12933

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор реагентов для определения активированного парциального
тромбопластинового времени для линейки коагулометров "Technology Solution"
(TS-АПТВ) по ТУ 21.20.23-082-42349142-2020, в составе:**

1. Набор реагентов:

1.1. АПТВ-реагент (жидкий реагент, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту,
буфер и стабилизаторы), 5 мл - 8 фл.

1.2. Кальция хлорид (0,025 М раствор), 10 мл - 4 фл.

2. Инструкция по применению.

3. Паспорт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0078852